CBS™ Visotubes and Goblets



INDICAÇÃO DE USO

Os visotubos e goblets CBS™ são acessórios destinados à organização, identificação e armazenamento criogênico de amostras biológicas acondicionadas em palhetas. O sistema é utilizado para agrupar palhetas por código de cores e organizar sua colocação em unidades de armazenamento com nitrogênio líquido.

DESCRIÇÃO DO SISTEMA

As palhetas CBS™ High Security são inseridas em visotubos, que funcionam como compartimentos individuais de organização. Os visotubos são colocados em goblets coloridos, que são então armazenados nos tanques ou unidades de criopreservação.

A codificação por cores permite organizar visualmente as amostras. O fabricante informa que os goblets estão disponíveis em oito cores e os visotubos em doze cores diferentes.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Sistema de organização em níveis: palhetas CBS High Security inseridas em visotubos e agrupadas em goblets.
- Identificação visual das amostras por código de cores.
- Goblets disponíveis em 8 cores diferentes.

- Visotubos disponíveis em 12 cores diferentes.
- O goblet Marguerite possui capacidade para 12 visotubos.
- O goblet Marguerite permite armazenar até 168 palhetas CBS High Security de 0,3 mL ou 0,5 mL.

ESPECIFICAÇÕES DISPONÍVEIS

- Acessórios: visotubos e goblets para organização de palhetas CBS High Security.
- Identificação: código de cores.
- Cores dos goblets: 8 opções.
- Cores dos visotubos: 12 opções.
- Capacidade do goblet Marguerite: 12 visotubos.
- Capacidade máxima indicada para o goblet Marguerite: 168 palhetas CBS High Security de 0,3 mL ou 0,5 mL.

ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO

1. Inserir as palhetas CBS High Security nos visotubos correspondentes.
2. Agrupar os visotubos em goblets coloridos, utilizando o código de cores definido pelo laboratório.
3. Armazenar os goblets nas unidades de criopreservação com nitrogênio líquido, conforme os procedimentos do laboratório.
4. Manter a rastreabilidade das amostras e a correspondência entre a identificação da palheta, do visotubo e do goblet.

AVISOS E PRECAUÇÕES

- Confirmar a compatibilidade entre os visotubos, os goblets, as palhetas e o sistema de armazenamento utilizado.
- Utilizar um sistema de codificação por cores padronizado e documentado pelo laboratório para reduzir o risco de erros de identificação.
- Seguir os procedimentos de segurança do laboratório para o manuseio de nitrogênio líquido e de amostras criopreservadas.

FABRICANTE

Cryo Bio System
ZI n°1 Est
61300 Saint-Ouen-sur-Iton – França
Site: www.cryobiosystem.com